

120 litre AŐI SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Cihazın net ve brüt hacmi en az 120 Litre olmalıdır.
- 2- Cihaz +0 ile +15 derece arasında alıřabilmelidir.
- 3- Cihaz +4 dereceye set edilmiŐ olmalıdır.
- 4- Cihaz en az ayarlanabilir 2 adet rafa sahip olmalıdır
- 5- Cihazın derece gstergesi dijital olmalıdır.
- 6- Cihaz sıcaklık lm hassasiyeti 0,1  C olmalıdır.
- 7- Cihaz CFC iermeyen yksek yoĐunlukta enjekte edilmiŐ en az 50 mm kalınlıĐında poliretan izolasyon duvarları ile dŐk enerji tketimi saĐlamalıdır.
- 8- Cihazın dıŐ gvdesi paslanmaya karŐı dayanıklı elektrostatik toz boyalı dıŐ gvde olmalıdır.
- 9- Cihazın i gvdesi ABS malzemeden imal edilmiŐ olmalıdır.
- 10- Tezgâh altı ve st kullanım iin cihazın yksekliĐi 100 cm'den az olmalıdır.
- 11- Cihazın kabin i aydınlatması LED lamba ile saĐlanmalıdır. Cihaz zerinden kolaylıkla aılıp kapanabilmelidir.
- 12- Cihaz yksek sıcaklık, dŐk sıcaklık ve kapı aık olması durumunda sesli alarm sistemi ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
- 13- Cihaz homojen bir soĐutma sistemine sahip olmalıdır.
- 14- Cihazın kapısı alminyumdan olmalıdır ve bu kapı ift kat ısı camlı, manyetik contalı olmalıdır.
- 15- Kapı kilitlenebilir olmalıdır.
- 16- Cihaz, 220 V / 230 V / 240 V- 50 Hz Őebeke gerilimi ile alıŐmalıdır.
- 17- retici ISO 9001, ISO 13485:2016 kalite ynetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.